

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle, den Zuschlag erteilende Stelle sowie Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind:

a1) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle (Vergabestelle):

Name [Landkreis Gifhorn](#)  
Straße [Schlossplatz 1](#)  
PLZ, Ort [38518 Gifhorn](#)  
Telefon [0 53 71/82-61 4](#) Fax [0 53 71/82-61 5](#)  
E-Mail [vergabestelle@gifhorn.de](mailto:vergabestelle@gifhorn.de) Internet <http://www.gifhorn.de>

a2) Zuschlag erteilende Stelle:

[Vergabestelle, siehe oben](#)

a3) Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind:

Adresse für elektronische Angebote <https://www.subreport.de/E48373314>

Anschrift für schriftliche Angebote

b) Vergabeverfahren: **Öffentliche Ausschreibung , UVgO**

Vergabenummer [24-165-R-FB 3-L](#)

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen:

Zugelassene Angebotsabgabe

- elektronisch  
 in Textform  
 mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel.  
 mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.  
 schriftlich

d) Art, Umfang sowie Ort der Leistung (z.B. Empfangs- oder Montagestelle):

Ort der Leistung: [Im Heidland 41, 38518 Gifhorn](#)

[Abteilung 3.1 - Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Gewerbe](#)

Art der Leistung: [Prüfstände für die Atemschutzwerkstatt](#)

Umfang der Leistung:

[Der Landkreis Gifhorn beabsichtigt für die Atemschutzwerkstatt seiner Feuerwehrtechnischen Zentrale neue Prüftechnik zu beschaffen.](#)

[Diese muss die im Folgenden näher bezeichneten Eigenschaften erfüllen:](#)

[Computergesteuerter vollautomatischer Prüfstand zum Prüfen von Atemschutzvollmasken, Pressluftatmern sowie Chemikalienschutzanzügen.](#)

[Der Prüfstand muss zum automatisierten Prüfen von Atemschutzvollmasken, Pressluftatmern, Chemikalienschutzanzügen geeignet sein. Der Prüfstand ist computergesteuert, die Messwertübergabe an einem Standard-PC erfolgt über eine USB-Schnittstelle. Der Prüfstand muss auf einer Arbeitsplatte in die vorhandene Atemschutzwerkstatt gestellt werden können. Eine dazugehörige Befestigung ist mitzuliefern. Bei Pressluftatmern und Lungenautomaten muss die Möglichkeit bestehen, diese wahlweise mit Maske oder Veratmungsadapter zu prüfen.](#)

[Der Hersteller des Geräts muss nach ISO 9001 sowie ISO 14001 zertifiziert sein. Die Prüfungen erfolgen gem. vfdb 0840-02.](#)

[Bitte beachten Sie das Leistungsverzeichnis für die sonstigen, umfangreichen Angaben.](#)

e) Aufteilung in Lose:

- nein  
 ja, Angebote sind möglich  
 nur für ein Los  
 für ein oder mehrere Lose  
 nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

**f) Zulassung von Nebenangeboten:**

- nein  
 ja

**g) Ausführungsfrist:**

In 2024 in Abstimmung mit der ausschreibenden Fachabteilung.

**h) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:**

Vergabeunterlagen werden

- elektronisch zur Verfügung gestellt unter:  
<https://www.subreport.de/E48373314>  
 nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:

Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:

- Abgabe Verschwiegenheitserklärung  
 andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

- nachgefordert  
 nicht nachgefordert

**i) Angebots- und Bindefrist:**

Ablauf der Angebotsfrist: am 16.07.2024 um 10:29 Uhr

Ablauf der Bindefrist: am 15.08.2024

**j) Geforderte Sicherheitsleistungen:**

**k) Wesentliche Zahlungsbedingungen:**

**l) Zur Beurteilung der Eignung des Bewerbers verlangte Unterlagen:**

**m) Zuschlagskriterien**

- siehe Vergabeunterlagen  
 nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

**Sonstiges:**

./.